

参会人员签到表

2023 年 06 月 29 日

论证内容：洛阳市东方人民医院听力计和声阻抗仪采购项目					
论证地点：中大国信工程管理有限公司评标室（洛阳市洛龙区开元大道与望春门街交叉口龙泉大厦 11 楼）					
采购人：洛阳市东方人民医院					
采购代理机构：中大国信工程管理有限公司					
序号	姓名	工作单位	专业/职称	联系方式	其他
1	邓永强	东方医院	经济师	15138719663	☒ 监督 ☐ 招标人
2	刘亚辉	东方医院	书记	13403791615	☐ 监督 ☒ 招标人
3					☐ 监督 ☐ 招标人
4					☐ 监督 ☐ 招标人
5					☐ 监督 ☐ 招标人
6					☐ 监督 ☐ 招标人
7					☐ 监督 ☐ 招标人

论证会签到表

项目名称：洛阳市东方人民医院听力计和声阻抗仪采购项目

2023年06月29日

序号	单位名称	姓名	性别	职务/职称	学历	专业	联系电话
1	洛阳市中心医院	吕卓	男	工程师	本科	医电	13703418977
2	洛阳市疾控中心	王冬川	男	主任	本科	医电	13592090026
3	河南大学	陈成刚	女	副教授	本科	医电	13837737826
4	洛阳光电技术	袁永建	男	高级	硕士	医电	13783120374
5	洛阳市交通事业发展中心	张丽娟	女	副高	本科	法律	13937957799
6							
7							
8							
9							

注：参与进口产品论证的专家应为已进入洛阳市政府采购采购专家库的专家

政府采购进口产品专家论证意见

申请单位	洛阳市东方人民医院
采购项目名称	洛阳市东方人民医院听力计和声阻抗仪采购项目
采购项目金额	约 19.5 万元
拟采购进口产品名称及金额	听力计和声阻抗仪 1 套, 约 19.5 万
申请理由: 1. 中国境内无法获取 () 2. 无法以合理的商业条件获取 () 3. 其他: (✓)	
采购单位阐述原因: 听力计和声阻抗二合一, 功能全面有丰富的阈上功能测试, 可以更好的为临床和患者服务, 有利于医院长远发展。	
专家论证意见: (不可以只写同意, 应从技术指标和性能、需求和市场方面论证合理性和必要性, 并提出采购建议) 此次拟采购的听力计和声阻抗仪, 由于国内同类产品在高精度、灵敏度及稳定性方面均有一定的差距, 而临床实际中对设备的精度要求较高, 结合医院的发展需求, 建议其购买进口听力计和声阻抗仪。 专家签字: 刘明 2013 年 6 月 29 日	

本表专家一人一表填写论证意见并签字

政府采购进口产品专家论证意见

申请单位	洛阳市东方人民医院
采购项目名称	洛阳市东方人民医院听力计和声阻抗仪采购项目
采购项目金额	约 19.5 万元
拟采购进口产品名称及金额	听力计和声阻抗仪 1 套, 约 19.5 万
申请理由: 1. 中国境内无法获取 () 2. 无法以合理的商业条件获取 () 3. 其他: (✓)	
采购单位阐述原因: 听力计和声阻抗二合一, 功能全面有丰富的阈上功能测试, 可以更好的为临床和患者服务, 有利于医院长远发展。	
专家论证意见: (不可以只写同意, 应从技术指标和性能、需求和市场方面论证合理性和必要性, 并提出采购建议)	
进口声阻抗仪具有听力测试功能, 刺激强度多 dB 可调, 自主研发设计, 测试精准, 重要的是其具备数据管理功能, 可收集、分析所有病例档案, 系统大数据分析, 具有纯音测听功能, 与纯音听力相验证, 结果准确, 而国产同类产品缺少此功能且不能满足临床需求, 故建议采购进口产品。	
专家签字:	 2023年6月29日

本表专家一人一表填写论证意见并签字

政府采购进口产品专家论证意见

申请单位	洛阳市东方人民医院
采购项目名称	洛阳市东方人民医院听力计和声阻抗仪采购项目
采购项目金额	约 19.5 万元
拟采购进口产品名称及金额	听力计和声阻抗仪 1 套, 约 19.5 万
申请理由: 1. 中国境内无法获取 () 2. 无法以合理的商业条件获取 () 3. 其他: (✓)	
采购单位阐述原因: 听力计和声阻抗二合一, 功能全面有丰富的阈上功能测试, 可以更好的为临床和患者服务, 有利于医院长远发展。	
专家论证意见: (不可以只写同意, 应从技术指标和性能、需求和市场方面论证合理性和必要性, 并提出采购建议) 洛阳市东方人民医院拟采购的听力计和声阻抗仪用于耳鼻喉科听力障碍病人康复治疗, 进口设备频率、精度明显优于国产设备, 诊断准确性高, 国产同类设备部分参数不能满足要求, 建议采购进口设备。 专家签字: 袁永建 2023年6月29日	

本表专家一人一表填写论证意见并签字

政府采购进口产品专家论证意见

申请单位	洛阳市东方人民医院
采购项目名称	洛阳市东方人民医院听力计和声阻抗仪采购项目
采购项目金额	约 19.5 万元
拟采购进口产品名称及金额	听力计和声阻抗仪 1 套, 约 19.5 万
申请理由: 1. 中国境内无法获取 () 2. 无法以合理的商业条件获取 () 3. 其他: (✓)	
采购单位阐述原因: 听力计和声阻抗二合一, 功能全面有丰富的阈上功能测试, 可以更好的为临床和患者服务, 有利于医院长远发展。	
专家论证意见: (不可以只写同意, 应从技术指标和性能、需求和市场方面论证合理性和必要性, 并提出采购建议) 进口听力计和声阻抗仪具有更多测试选项和功能, 进口品牌可以进行频率特性测试, 听阈搜索测试, 中耳反射测试等, 能够全面评估听力各个方面。易于操作软件, 支持数据存储和远程访问功能, 方便医生后续分析和诊断。 建议: 购置进口品牌	
专家签字: 吕军	2023 年 6 月 29 日

本表专家一人一表填写论证意见并签字

政府采购进口产品专家论证意见

申请单位	洛阳市东方人民医院
采购项目名称	洛阳市东方人民医院听力计和声阻抗仪采购项目
采购项目金额	约 19.5 万元
拟采购进口产品名称及金额	听力计和声阻抗仪 1 套, 约 19.5 万
申请理由: 1. 中国境内无法获取 () 2. 无法以合理的商业条件获取 () 3. 其他: (✓)	
采购单位阐述原因: 听力计和声阻抗二合一, 功能全面有丰富的阈上功能测试, 可以更好的为临床和患者服务, 有利于医院长远发展。	
专家论证意见: (不可以只写同意, 应从技术指标和性能、需求和市场方面论证合理性和必要性, 并提出采购建议) 拟采购的设备符合《政府采购进口产品管理办法》中的有关法律、法规政策要求, 建议购买进口产品。	
专家签字: 张丽君 (法律)	2023 年 6 月 29 日

本表专家一人一表填写论证意见并签字

政府采购进口产品专家论证意见公示

申请单位	洛阳市东方人民医院
采购项目名称	洛阳市东方人民医院听力计和声阻抗仪采购项目
采购项目金额	约 19.5 万元
拟采购进口产品名称及金额	听力计和声阻抗仪 1 套, 约 19.5 万
申请理由: 1. 中国境内无法获取 () 2. 无法以合理的商业条件获取 () 3. 其他: (✓)	
采购单位阐述原因: 听力计和声阻抗二合一, 功能全面有丰富的阈上功能测试, 可以更好的为临床和患者服务, 有利于医院长远发展。	
专家论证意见: (应从技术指标和性能、需求和市场方面表述采购进口产品的合理性和必要性) 进口听力计和声阻抗仪在测试范围、测试精度的准确性和稳定性等方面均优于国产设备, 国产设备部分功能不能满足需求, 该设备不属于国家限制进口的设备。 建议采购进口设备。	
专家姓名: (列所有参与论证的专家姓名) 陈、陈、陈、袁、张 2023年6月9日	

听力计和声阻抗仪技术参数

功能描述:

- 1、★具备中耳分析仪和纯音听力计功能
- 2、显示: 彩色 ≥ 9 寸显示屏, 可调节角度;
- 3、★给声键: 触摸式
- 4、全中文操作界面
- 5、纯音: 125Hz-8KHz, 1/2-1/24 倍频程。
- 6、啞音: 1-10 Hz $\pm 5\%$ 调制
- 7、掩蔽: 播放纯音时自动选择窄带噪声 (或白噪声), 播放言语时自动选择言语噪声。
- 8、播放: 手动或反向, 单次或多次脉冲
- 9、气骨导纯音测听: 具备
- 10、★言语测听: 具备, 内置言语测试词表和材料, 设备直接播放材料, 无需额外电脑。
- 11、特殊测试项目: 自动测听、双耳交替响度平衡测试、伪聋测试、言语测试、短增量敏感指数测试、韦伯测试
- 12、自定义测试协议: 个性化定制专属测试协议
- 13、自由声场: ISO389-7 2005、ANSI S3.6-2010
- 14、阻抗测量系统探测音频率: 226Hz
- 15、探测音频率准确度: 纯音: $\pm 1\%$
- 16、探测音强度: 85dB SPL ± 1.5 dB;
- 17、★探头指示灯: 红、蓝、绿、黄四色表示不同的探头状态;
- 18、气压控制: 自动
- 19、气流泵: 无极气流泵设计
- 20、压力范围: $-600 \sim +400$ daPa
- 21、压力精确度: $\pm 5\%$
- 22、压力限制: -750 daPa 和 $+540$ daPa
- 23、泵速: 自动、快速、中速、慢速、极慢速
- 24、声顺范围: 226Hz: 0.1ml 至 7.9ml;
- 25、鼓室声导抗测试: 自动, 启动和停止压力可由用户在设置功能中设定。
- 26、声反射: 具有脉冲音声反射
- 27、同侧声反射 (纯音): 500Hz、1000Hz、2000Hz、3000Hz、4000Hz 宽带, 高通和低频
- 28、同侧声反射 (NB 噪声): 1000Hz、2000Hz、3000Hz、4000Hz

29、对侧刺激频率（纯音）：250Hz、500 Hz、1000 Hz、2000 Hz、3000 Hz、4000 Hz、6000 Hz、8000 Hz 宽带，高通和低通 30、对侧刺激频率（NB 噪声）：250Hz、500 Hz、1000 Hz、2000 Hz、3000 Hz、4000 Hz、6000 Hz、8000 Hz 31、手动反射：手动控制所有功能。 32、自动反射：单一强度，反射增长 33、声反射衰减：自动， 34、声反射潜伏期测试：自动，刺激开始后的头 320 毫秒。 35、咽鼓管功能 1-未穿孔鼓膜：Williams 测试 咽鼓管功能 2-穿孔鼓膜：Toynbee 测试 36、★数据整合中心：数据整合中心兼容同一品牌所有听力、眩晕、平衡诊断设备，可以实现网络的数据共享；可将同一患者的听力、眩晕等各项测试结果进行整合，进行患者数据管理，打印综合报告，也可用于复诊患者康复效果比较以及数据分析； 37、单机操作时直连打印机打印 38、电脑：Windows10 操作系统、I3 10 代及以上 CPU、8G 内存、256G 及以上固态硬盘
标准配置 1、主机 1 台 2、探头 1 套 3、气导耳机 1 副 4、骨导耳机 1 副 5、应答器 1 个 6、电源适配器 1 套 7、电源线 1 根 8、对侧耳机 1 副 9、中文操作手册 1 本 10、电脑 1 台 11、打印机 1 台

2
表建 刘 陈 张