

单一来源采购专家论证意见

专家姓名	刘伟奇	职称	副主任医师
工作单位	洛阳市东方人民医院 放射科		
采购单位名称	洛阳市东方人民医院		
项目名称	体检中心 DR 设备电离室采购		
供应商名称	山东新华医疗器械股份有限公司放射诊疗产品分公司		
专家论证意见	本项目涉及的 DR 设备需增配 AEC 功能, 该功能实现依赖于高压发生器程序的专项修改与调试。高压发生器系由山东新华医疗器械股份有限公司自主研发生产的核心部件, 其技术架构、程序逻辑及接口协议均为企业专属知识产权。为保证功能兼容性、系统稳定性及设备安全性, 必须采用原厂匹配的电离室组件并由厂家提供专业技术支持。故建议采用单一来源采购方式, 从山东新华医疗器械股份有限公司放射诊疗产品分公司采购电离室及相关服务。		
	专家签名: 刘伟奇 2025 年 9 月 16 日		

单一来源采购专家论证意见

专家姓名	李杰	职称	医学工程科科长
工作单位	洛阳市东方人民医院		
采购单位名称	洛阳市东方人民医院		
项目名称	体检中心 DR 设备电离室采购		
供应商名称	山东新华医疗器械股份有限公司放射诊疗产品分公司		
专家论证意见	本项目涉及的 DR 设备配备电离室，该功能实现依赖于高压发生器程序的专项修改与调试，为保证功能兼容性、系统稳定性及设备安全性，必须采用原厂匹配的电离室组件并由厂家提供专业技术支持，避免因非授权操作导致的设备性能异常或损坏风险。故建议采用单一来源采购方式，从山东新华医疗器械股份有限公司放射诊疗产品分公司采购。		
	专家签名：李杰 2025 年 9 月 16 日		

单一来源采购专家论证意见

专家姓名	孙建	职称	
工作单位	洛阳市东方人民医院		
采购单位名称	洛阳市东方人民医院		
项目名称	体检中心 DR 设备电离室采购		
供应商名称	山东新华医疗器械股份有限公司放射诊疗产品分公司		
专家论证意见	本项目所采购 DR 设备电离室，需升级高压发生器的程序，为保证电离室与高压发生器的兼容性、设备数据采集精准度，须采用原厂匹配的电离室组件，以保证设备数据调试校准的精准度，确保设备正常运行。故本项目建议采用单一来源采购方式。		
	专家签名：孙建	2025年 9 月 16 日	

洛阳市东方人民医院 体检中心 DR 设备电离室采购 项目单一来源论证

拟邀请专家名单

2025 年 9 月 16 日

姓名	单位	职务、职称	电话	签到时间
李书	洛阳市东方人民医院	院长	138497796890.	2025.9.16.
王进	洛阳市东方人民医院		15896568898	2025.9.16
刘永芳	洛阳市东方人民医院	主任	13683796268	2025.9.16