

单一来源采购专家论证意见

专家姓名	杨磊	职务/职称	主管技师
工作单位	洛阳市东方人民医院 影像科		
采购单位名称	洛阳市东方人民医院		
项目名称	体检中心 DR300B 更换高压球管、发生器控制板项目		
供应商名称	山东新华医疗器械股份有限公司放射诊疗产品分公司		
专家论证意见	本次采购高压球管、发生器控制板为原有 DR 设备的配件部分，为保证配件与主机的兼容性、系统稳定性及设备安全性，须采用原厂匹配的高压球管、发生器控制板，因此，同意使用单一来源采购方式，从原厂采购相关配件。		
	专家签名：杨磊 2025年11月20日		

单一来源采购专家论证意见

专家姓名	李五	职务/职称	超声科科长
工作单位	洛阳市东方人民医院		
采购单位名称	洛阳市东方人民医院		
项目名称	体检中心 DR300B 更换高压球管、发生器控制板项目		
供应商名称	山东新华医疗器械股份有限公司放射诊疗产品分公司		
专家论证意见	此次采购配件的原设备为山东新华品牌 DR300B，拟采购的高压球管、发生器控制板需与原机配套兼容，建议采购山东新华医疗器械股份有限公司放射诊疗产品分公司的球管和控制板。		
	专家签名：李五 2025 年 11 月 20 日		